


保守点検実施記録書

広島大学病院診療支援部 放射線3部門(高次医用画像部門)

医療機器安全管理責任者	医療機器安全管理担当者
	印

実施年月日 平成 23年 8月 15日

区分	1	部署	血管造影	使用室名	入院棟 病棟血管造影室	
保守点検実施状況	施設実施	外部委託		外部委託の場合: 認定証の有無	有	無
医療機器名	汎用循環器X線診断装置					
製造販売業者	シーメンス旭メディテック株式会社					
保守点検連絡先 及び担当者名	シーメンス旭メディテック株式会社 カスタマーサービス本部 中国サービス部 広島サービスオフィス 広島県広島市西区 TEL 0120-041-387					
型式・名称	AXIOM Artis dBC		製造・番号	44049		
定格	最大100kW(100kV-1000mA) 最大管電圧125kVp					
使用開始年月日	平成	16年	12月	21日	設置後 経過年数	6年
直近の修理・ 点検状況	メーカー作成の報告書参照(コピー添付)					
保守点検実施 年月日	メーカー作成の報告書参照(コピー添付)					
保守点検 実施者名	メーカー作成の報告書参照(コピー添付) 立会: 河野主任技師				合計 2名	
保守点検結果 及び概要	メーカー作成の報告書参照(コピー添付)					
外部委託により メーカー記入様式に沿って点検を実施した。 各部に問題のないことを確認した。						
保守点検後の装置 動作確認等	各部の動作及び画質等問題なし。					
安全管理担当者	石風呂 実		実施従事 者	河野 信吾		

★本装置使用中は本書類及び添付文書・取扱説明書等は何時でも閲覧できる場所に保管する。