


保守点検実施記録書

広島大学病院診療支援部 放射線3部門(高次医用画像部門)

医療機器安全管理責任者	医療機器安全管理担当者
	印

実施年月日 平成 24 年 2 月 15 日

区分	1	部署	血管造影	使用室名	放射線部 9室		
保守点検実施状況	施設実施	外部委託		外部委託の場合: 認定証の有無		有	無
医療機器名	据置型デジタルX線透視診断装置						
製造販売業者	シーメンス旭メディテック株式会社						
保守点検連絡先 及び担当者名	シーメンス旭メディテック株式会社 カスタマーサービス本部 中国サービス部 広島サービスオフィス 広島県広島市西区 TEL 0120-041-387						
型式・名称	AXIOM Artis dBA		製造・番号	53050			
定格	最大100kW(100kV-1000mA) 最大管電圧125kVp						
使用開始年月日	平成	20 年	1 月	25 日	設置後 経過年数	4	年
直近の修理・ 点検状況	平成23年 8月に、定期点検実施						
保守点検実施 年月日	平成24年 2月 14日 16:15 ~23:45						
保守点検 実施者名	メーカー作成の報告書参照(コピー添付) 立会: 河野技師					合計	1名
保守点検結果 及び概要	メーカー作成の報告書参照(コピー添付)						
外部委託により メーカー記入様式に沿って点検を実施した。 FDクーリングユニットに水漏れを認めたが、他の各部に問題のないことを確認した。							
保守点検後の装置 動作確認等	各部の動作及び画質等問題なし。						
安全管理担当者	石風呂 実		実施従事 者	河野 信吾			

★本装置使用中は本書類及び添付文書・取扱説明書等は何時でも閲覧できる場所に保管する。