

保守点検実施記録書

広島大学病院 放射線部

医療機器安全管理責任者	医療機器安全管理担当者
印	印

実施年月日 平成 29 年 2 月 11 日 ~ 2 月 11 日

区分	1	部署	アイソトープ検査室	使用室名	PET-CT検査室		
保守点検実施状況	外部委託			外部委託の場合： 認定証の有無		(有)	無
医療機器名	X線CT組合わせ型ポジトロンCT装置						
製造販売業者	SIEMENS						
保守点検連絡先 及び担当者名	シーメンスヘルスケア株式会社 中国・四国サービス部 0120-041-387 担当 井上						
型式・名称	機器一覧参照(別添)						
定格	機器一覧参照(別添)						
使用開始年月日	平成	24 年	4 月	20 日	設置後 経過年数	4	年
直近の修理・ 点検状況	メーカー作成の報告書参照(コピー添付)						
保守点検実施 年月日	メーカー作成の報告書参照(コピー添付)						
保守点検 実施者名	メーカー作成の報告書参照(コピー添付) 立会:安部					合計 1名	
保守点検結果 及び概要	メーカー作成の報告書参照(コピー添付)						
外部委託により メーカー記入様式に沿って点検を実施した。 各部に問題のないことを確認した。							
保守点検後の装置 動作確認等	各部の動作及び画質等問題なし。						
安全管理担当者	石風呂実			実施従事者	安部伸和		

★本装置使用中は本書類及び添付文書・取扱説明書等は何時でも閲覧できる場所に保管する。

2017年 2月 11日

国立大学法人 広島大学病院 様

毎々度格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げます。下記の通り、弊社技術員による作業を実施致しましたので、ご確認の上、ご査収下さいますようお願い致します。

装置情報

報告書情報

装置名	Biograph mCT-S(64) 4R	作業番号	728200713902 / 1
装置シリアル番号	11062	作業分類	保守点検
装置ID番号	732-108445	作業状況	完了
技術ID番号	732-40018079-NP01	契約区分	契約あり
		報告者	井上 誠

サービス・作業内容

訪問理由/システム状況・現象等

平成28年度 定期点検 年4回 第3回目
現在のX線管スキャン数: 115383秒 (2015年12月28日～)

作業内容

点検手順書に従い定期点検を実施。
CTガントリのブラシブロック交換。メインベアリングの注油実施。
冷却システムの水フィルタ(ストレーナ)交換。
PETガントリのフルセットアップ実施。ガントリオフセット実施。PET及びCTイメージクオリティチェック実施。

特に問題はありませんでした。
再起動後、チェックアップとテストスキャン実施し正常動作を確認しました。

作業時間

作業日	作業者	作業者ID	開始時間	時間計	時間内	時間外	請求区分
2017/02/11	井上 誠	71022390	08:45	3.75	0.00	3.75	
2017/02/11	井上 誠	71022390	13:30	2.50	0.00	2.50	

使用部品・諸経費

(注) 部品単価は標準価格で記載しています

品名	部品コード	数量	単価	請求区分
STRAINER 230 MICRON REUSABLE 304	10233152	1		
CPT Brushblock CANless	10494871	1		

お客様ご確認

様

小林

シーメンスヘルスケア株式会社
〒141-8644 東京都品川区大崎1丁目11番1号
ゲートシティ大崎ウエストタワー
カスタマーケアセンター 0120-041-387