

保守点検実施記録書

広島大学病院放射線部門

医療機器安全管理責任者	副医療機器安全管理責任者
印	印

実施年月日 平成 28 年 9 月 11 日

区分	1	部署	使用室名	撮影室1		
保守点検実施状況	施設実施 ・ 外部委託		外部委託の場合： 認定証の有無		有	無
医療機器名	一般撮影装置					
製造販売業者	東芝メディカルシステム					
保守点検連絡先 及び担当者名	東芝メディカルシステムズ株式会社広島サービスセンター 広島市安佐南区長束1丁目29-19 (電話)082-230-1236 担当者 酒井					
型式・名称	KXO-80S		製造・番号			
定格	150kV-400mA 500mA-90.kV					
使用開始年月日	平成	25 年	9 月	20 日	設置後 経過年数	3 年
直近の修理・ 点検状況						
保守点検実施 年月日	平成28年9月11日		9時	から	平成28年9月11日	15時 まで 5時間
保守点検 実施者名	手島 東芝メディカル 仙波 東芝メディカル		立会：池田		合計3名	
保守点検結果 及び概要	別添参照 外部委託であるため、報告書の写しを保管					
外部委託により メーカー記入様式に沿って点検を実施した。 各部に問題のないことを確認した。						
保守点検後の装置 動作確認等	各部の動作及び画質等問題なし。 放射線出力等問題なし					
安全管理担当者	池田 俊貴		実施従事 者	手島、仙波		

★本装置使用中は本書類及び添付文書・取扱説明書等は何時でも閲覧できる場所に保管する。