


保守点検実施記録書

広島大学病院放射線部門

医療機器安全管理責任者	副医療機器安全管理責任者
印	印

実施年月日 平成 29 年 10 月 6 日

区分	1	部署	使用室名	撮影室4		
保守点検実施状況	施設実施 ・ 外部委託		外部委託の場合： 認定証の有無		有	無
医療機器名	一般撮影装置					
製造販売業者	東芝メディカルシステム					
保守点検連絡先 及び担当者名	東芝メディカルシステムズ株式会社広島サービスセンター 広島市安佐南区長束1丁目29-19 (電話)082-230-1236 担当者 酒井					
型式・名称	KXO-80S		製造・番号			
定格	150kV-400mA 500mA-90.kV					
使用開始年月日	平成	25 年	9 月	20 日	設置後 経過年数	4 年
直近の修理・ 点検状況						
保守点検実施 年月日	平成29年10月6日 15時 から 平成29年10月6日 21時 まで 6時間					
保守点検 実施者名	村上 東芝メディカル 立会:池田		溝口 東芝メディカル		合計3名	
保守点検結果 及び概要	別添参照 外部委託であるため、報告書の写しを保管					
外部委託により メーカー記入様式に沿って点検を実施した。 各部に問題のないことを確認した。						
保守点検後の装置 動作確認等	各部の動作及び画質等問題なし。 放射線出力等問題なし					
安全管理担当者	池田 俊貴 		実施従事 者	村上、溝口		

*本装置使用中は本書類及び添付文書・取扱説明書等は何時でも閲覧できる場所に保管する。