

保守点検実施記録書

広島大学病院放射線部門

医療機器安全管理責任者	副医療機器安全管理責任者
印	印

実施年月日 平成 29 年 10 月 19 日

区分	1	部署		使用室名	撮影室1	
保守点検実施状況	施設実施	外部委託		外部委託の場合: 認定証の有無	有	無
医療機器名	骨塩定量測定装置					
製造販売業者	東洋メディック					
保守点検連絡先 及び担当者名	東洋メディック大阪支店技術センター (電話) 06-6535-5741			大阪市西区北堀江1-19-1 担当者 山根		
型式・名称	ディスクパリアー		製造・番号	87539		
定格						
使用開始年月日	平成	25 年	9 月	20 日	設置後 経過年数	4 年
直近の修理・ 点検状況						
保守点検実施 年月日	平成29年10月19日	15時00分	から	平成29年10月19日	19時00分	まで 4時間00分
保守点検 実施者名	東洋メディック:山根 立会:池田				合計2名	
保守点検結果 及び概要	別添参照 外部委託であるため、報告書の写しを保管(操作室1)					
外部委託により メーカー記入様式に沿って点検を実施した。 各部に問題のないことを確認した。						
保守点検後の装置 動作確認等	各部の動作及び画質等問題なし。 放射線出力等問題なし					
安全管理担当者	池田 俊貴			実施従事 者	山根	

★本装置使用中は本書類及び添付文書・取扱説明書等は何時でも閲覧できる場所に保管する。