

## 放射線機器の精度管理方法

	内部精度管理手順の有無	保守点検頻度(回数/年)
MRI	有	第1MRI 6回/年 第2MRI 2回/年 第3MRI 4回/年
CT	有	4
X線	有	1
骨シンチ	有	2
PET	有	4

2016.2.1 調査