

## 保守点検実施記録書

広島大学病院放射線部門

|             |              |
|-------------|--------------|
| 医療機器安全管理責任者 | 副医療機器安全管理責任者 |
| 印           | 印            |

実施年月日 平成 30 年 10 月 24 日

|                   |  |        |       |                          |             |    |        |
|-------------------|--|--------|-------|--------------------------|-------------|----|--------|
| 区分                | 1  | 部署     |       | 使用室名                     | 撮影室1        |    |        |
| 保守点検実施状況          | 施設実施   |        | 外部委託  | 外部委託の場合:<br>認定証の有無       |             | 有  | 無      |
| 医療機器名             | 骨塩定量測定装置   |        |       |                          |             |    |        |
| 製造販売業者            | 東洋メディック  |        |       |                          |             |    |        |
| 保守点検連絡先<br>及び担当者名 | 東洋メディック大阪支店技術センター<br>(電話) 06-6535-5741           |        |       | 大阪市西区北堀江1-19-1<br>担当者 山根 |             |    |        |
| 型式・名称             | ディスクバリアー   |        | 製造・番号 | 87539                    |             |    |        |
| 定格                |  |        |       |                          |             |    |        |
| 使用開始年月日           | 平成   | 25 年   | 9 月   | 20 日                     | 設置後<br>経過年数 | 4  | 年      |
| 直近の修理・<br>点検状況    |  |        |       |                          |             |    |        |
| 保守点検実施<br>年月日     | 平成30年10月24日                                      | 15時00分 | から    | 平成30年10月24日              | 19時00分      | まで | 4時間00分 |
| 保守点検<br>実施者名      | 山根 東洋メディック                                       |        |       |                          |             |    |        |
| 保守点検結果<br>及び概要    | 別添参照<br>外部委託であるため、報告書の写しを保管(操作室1)                |        |       |                          |             |    |        |
|                   | 外部委託により メーカー記入様式に沿って点検を実施した。<br>各部に問題のないことを確認した。 |        |       |                          |             |    |        |
| 保守点検後の装置<br>動作確認等 | 各部の動作及び画質等問題なし。<br>放射線出力等問題なし                    |        |       |                          |             |    |        |
| 安全管理担当者           | 北川 康子  |        |       | 実施従事<br>者                | 山根          |    |        |

★本装置使用中は本書類及び添付文書・取扱説明書等は何時でも閲覧できる場所に保管する。