

国立大学法人 広島大学病院 様

2018年 8月 11日

毎々度格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げます。下記の通り、弊社技術員による作業を実施致しましたので、ご確認の上、ご査収下さいますようお願い致します。

装置情報

報告書情報

装置名	Biograph mCT-S(64) 4R	作業番号	728200835568 / 5
装置シリアル番号	11062	作業分類	保守点検
装置ID番号	732-108445	作業状況	完了
技術ID番号	732-40018079-NP01	契約区分	契約あり
		報告者	南 亮

サービス・作業内容

<p>訪問理由/システム状況・現象等</p> <p>2018年保守点検 1/4回</p> <p>エックス線管使用量:10593秒 使用開始日:2018年7月17日</p> <p>作業内容</p> <p>別紙点検報告書項目に従い、点検作業を実施致しました。 ガントリ、患者寝台、各コンピュータの分解清掃実施。 検査室内空調のフィルタ清掃実施。 CTガントリ内部重量バランスの調整実施。 患者データ保存領域(データベース)の再構築作業実施。 PET検出器の各種調整項目による校正を実施し、CT及びPETの画質評価テストにて評価項目基準を満たしていることを確認。 バックアップデータを作成し、装置再起動、チェックアップ、PETクオリティチェック、テストスキャンにて装置動作正常であることを確認致しました。</p>

作業時間

作業日	作業者	作業者ID	開始時間	時間計	時間内	時間外	請求区分
2018/08/11	南 亮	71000735	09:00	9.00	0.00	9.00	

使用部品・諸経費

(注) 部品単価は標準価格で記載しています

品名	部品コード	数量	単価	請求区分

お客様ご確認

様

高内 孔明

シーメンスヘルスケア株式会社
〒141-8644 東京都品川区大崎1丁目11番1号
ゲートシティ大崎ウエストタワー
カスタマーケアセンター 0120-041-387

作業報告書

2018年11月26日

国立大学法人 広島大学病院

御中

毎々格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げます。下記の通り、弊社技術員により下記の作業を実施致しましたのでご確認の上、ご査収下さいますようお願い致します。

装置情報

報告書情報

装置名・ユニット名	Biograph mCT-S(64) 4R	作業番号	728200839863
装置シリアル番号	11062	作業分類	保守点検
装置ID番号	732-108445	作業状況	完了
技術ID番号	732-40018079-NP01	契約区分	
		報告者	南 亮

サービス・作業内容

【訪問理由/システム状況・現象等】

保守点検後の装置動作確認

【作業内容/推定・特定した原因】

保守点検に伴い、装置動作確認を実施致しました。
始業点検項目の実施及び検査1例実施にて、装置動作正常であることを確認致しました。

作業時間

作業日	作業者	作業者ID	開始時間	時間計	時間内	時間外	請求区分
2018/11/26	南 亮	71000735	09:00	1.50	1.50	0.00	

使用部品・諸経費

品名	部品コード	数量	請求区分

※保守契約未加入の場合または今回の作業が保守契約対象外である場合は、弊社オンコールサービス料金表に従い各費用を請求させていただきます。

お客様ご確認 様

高 内

シーメンスヘルスケア株式会社
〒141-8644 東京都品川区大崎1丁目11番1号
ゲートシティ大崎ウエストタワー
カスタマーケアセンター 0120-041-387

作業報告書

2019年2月16日

国立大学法人 広島大学病院 御中

毎々度格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げます。下記の通り、弊社による作業を実施致しましたので、ご確認の上、ご査収下さいますようお願い致します。

装置情報

報告書情報

装置・ユニット名	Biograph mCT-S(64) 4R	作業番号	728200839864 / 1
シリアル番号	11062	作業分類	保守点検
装置ID番号	732-108445	作業状況	完了
技術ID番号	732-40018079-NP01	契約区分	契約あり
		報告者	南 亮

作業・サービス内容

<p>【訪問理由/システム状況・現象等】</p> <p>2019年保守点検 3/4回</p> <p>エックス線管使用量：72816秒 使用開始日：2018年7月17日</p>
<p>【作業内容/推定・特定した原因】</p> <p>別紙点検報告書項目に従い、点検作業を実施致しました。 ガントリ、患者寝台、各コンピュータの分解清掃、規定箇所への潤滑剤塗布実施。 CTガントリ内部電源ブラシが交換時期を迎えたため交換実施。 メインコンピュータ(ICS)及び画像解析用コンピュータ(MMWP)にて患者データ保存領域(データベース)の再構築作業実施。 PET検出器の各種調整項目による校正を実施し、CT及びPETの画質評価テストにて評価項目基準を満たしていることを確認。 バックアップデータを作成し、装置再起動、チェックアップ、PET画質チェック、テストスキャンにて装置動作正常であることを確認致しました。</p>

作業時間

作業日	作業者	作業者ID	開始時間	時間計	時間内	時間外	請求区分
2019/02/16	南 亮	71000735	10:00	2.00	0.00	2.00	
2019/02/16	南 亮	71000735	13:00	2.50	0.00	2.50	

使用部品・諸経費

品名	部品コード	数量	請求区分
10494871 CPT Brushblock CANless	10494871	1	

※保守契約未加入の場合または今回の作業が保守契約対象外である場合は、弊社オンコールサービス料金表に従い各費用を請求させていただきます。

<p>お客様ご確認</p> <p style="text-align: center;">高 内</p>
--

シーメンスヘルスケア株式会社
〒141-8644 東京都品川区大崎1丁目11番1号
ゲートシティ大崎ウエストタワー
カスタマーケアセンター 0120-041-387