

保守点検実施記録書

広島大学病院放射線部門

医療機器安全管理責任者	副医療機器安全管理責任者
印	印

実施年月日 平成 30 年 9 月 8 日

区分	1	部署		使用室名	撮影室3		
保守点検実施状況	施設実施		外部委託	外部委託の場合: 認定証の有無		有	無
医療機器名	一般撮影装置						
製造販売業者	東芝メディカルシステム						
保守点検連絡先 及び担当者名	キャノンメディカルシステムズ株式会社広島サービスセンター 広島市安佐南区長束1丁目29-19 (電話)082-230-1236 担当者 山上						
型式・名称	KXO-80S		製造・番号				
定格	150kV-400mA 500mA-90kV						
使用開始年月日	平成	25 年	9 月	20 日	設置後 経過年数	4	年
直近の修理・ 点検状況							
保守点検実施 年月日	平成30年9月8日 9時 から 平成30年9月8日 14時 まで 4時間						
保守点検 実施者名	南本、牧野 中外テクノス(株)					合計2名	
保守点検結果 及び概要	別添参照 外部委託であるため、報告書の写しを保管						
外部委託により メーカー記入様式に沿って点検を実施した。 各部に問題のないことを確認した。							
保守点検後の装置 動作確認等	各部の動作及び画質等問題なし。 放射線出力等問題なし						
安全管理担当者	北川 康子			実施従事 者	南本・牧野		

★本装置使用中は本書類及び添付文書・取扱説明書等は何時でも閲覧できる場所に保管する。