

保守点検実施記録書

広島大学病院放射線部門

医療機器安全管理責任者	副医療機器安全管理責任者
印	印

実施年月日    2019年    10月    24日

区分	1	部署	使用室名	撮影室1
保守点検実施状況	施設実施 ・ <b>外部委託</b>		外部委託の場合： 認定証の有無	<b>有</b> 無
医療機器名	骨塩定量測定装置			
製造販売業者	東洋メディック			
保守点検連絡先 及び担当者名	東洋メディック大阪支店技術センター (電話) 06-6535-5741		大阪市西区北堀江1-19-1 担当者 山根	
型式・名称	ディスクバリ-A	製造・番号	87539	
定格				
使用開始年月日	2013年	9月	20日	設置後 経過年数    6年
直近の修理・ 点検状況				
保守点検実施 年月日	2019年10月24日	15時00分	から	2019年10月24日 17時00分 まで 2時間00分
保守点検 実施者名	山根 東洋メディック			
保守点検結果 及び概要	別添参照 外部委託であるため、報告書の写しを保管(操作室1)  外部委託により メーカー記入様式に沿って点検を実施した。 各部に問題のないことを確認した。			
保守点検後の装置 動作確認等	各部の動作及び画質等問題なし。 放射線出力等問題なし			
安全管理担当者	北川 康子	実施従事 者	山根	

★本装置使用中は本書類及び添付文書・取扱説明書等は何時でも閲覧できる場所に保管する。