

保守点検実施記録書

広島大学病院放射線部門

| | |
|-------------|--------------|
| 医療機器安全管理責任者 | 副医療機器安全管理責任者 |
| 印 | 印 |

実施年月日 2019 年 9 月 21 日

| | | | | | | | |
|-------------------|--|----|-------|--------------------|-------------|-------|---|
| 区分 | 1 | 部署 | | 使用室名 | 撮影室4 | | |
| 保守点検実施状況 | 施設実施 | | 外部委託 | 外部委託の場合: 認定証の有無 | | 有 | 無 |
| 医療機器名 | 一般撮影装置 | | | | | | |
| 製造販売業者 | 東芝メディカルシステム | | | | | | |
| 保守点検連絡先 及び担当者名 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社広島サービスセンタ 広島市安佐南区長束1丁目29-19 (電話)082-230-1236 担当者 山上 | | | | | | |
| 型式・名称 | KXO-80S | | 製造・番号 | | | | |
| 定格 | 150kV-400mA 500mA-90.kV | | | | | | |
| 使用開始年月日 | 2013 年 | | 9 月 | 20 日 | 設置後 経過年数 | 5 年 | |
| 直近の修理・ 点検状況 | | | | | | | |
| 保守点検実施 年月日 | 2019年9月21日 | | 14時0分 | から | 2019年9月21日 | | |
| | | | 18時0分 | まで | 4時間0分 | | |
| 保守点検 実施者名 | 山上・村上 キヤノンメディカルシステムズ(株) | | | | | 合計2名 | |
| 保守点検結果 及び概要 | 別添参照 外部委託であるため、報告書の写しを保管 外部委託により メーカー記入様式に沿って点検を実施した。 各部に問題のないことを確認した。 | | | | | | |
| 保守点検後の装置 動作確認等 | 各部の動作及び画質等問題なし。 放射線出力等問題なし | | | | | | |
| 安全管理担当者 | 北川 康子 | | (印) | | 実施従事 者 | 山上・村上 | |

★本装置使用中は本書類及び添付文書・取扱説明書等は何時でも閲覧できる場所に保管する。