


保守点検実施記録書

広島大学病院放射線部門

医療機器安全管理責任者	副医療機器安全管理責任者
印	印

実施年月日 2019年 12月 26日

区分	1	部署	使用室名	撮影室5		
保守点検実施状況	施設実施 ・ 外部委託		外部委託の場合： 認定証の有無		有	無
医療機器名	一般撮影装置					
製造販売業者	GE横河メディカルシステム					
保守点検連絡先 及び担当者名	GEヘルスケアジャパン株式会社 広島市安佐南区西原8-38-29-31 (電話)082-875-7800 担当者 酒井 誠					
型式・名称	SenographePristina		製造・番号			
定格						
使用開始年月日	2017年 7月 1日			設置後 経過年数	2年	
直近の修理・ 点検状況						
保守点検実施 年月日	2019年12月26日		14時30分	から	20時30分	まで 5時間30分
保守点検 実施者名	GEヘルスケア 酒井 鈴木 山下				合計3名	
保守点検結果 及び概要	別添参照 外部委託であるため、報告書の写しを保管(操作室1) 外部委託により メーカー記入様式に沿って点検を実施した。 各部に問題のないことを確認した。					
保守点検後の装置 動作確認等	各部の動作及び画質等問題なし。 放射線出力等問題なし					
安全管理担当者	北川 康子 		実施従事者	酒井 誠		

★本装置使用中は本書類及び添付文書・取扱説明書等は何時でも閲覧できる場所に保管する。