

## 保守点検実施記録書

広島大学病院放射線部門

医療機器安全管理責任者	副医療機器安全管理責任者
印	印

実施年月日    2020 年        9 月        2 日

区分	1	部署	使用室名	撮影室5		
保守点検実施状況	施設実施		外部委託	外部委託の場合: 認定証の有無		(有) 無
医療機器名	一般撮影装置					
製造販売業者	GE横河メディカルシステム					
保守点検連絡先 及び担当者名	GEヘルスケアジャパン株式会社 広島市安佐南区西原8-38-29-31      (電話)082-875-7800 担当者 酒井 誠					
型式・名称	SenographePristina		製造・番号			
定格						
使用開始年月日	2017 年        7 月        7 日			設置後 経過年数	2 年	
直近の修理・ 点検状況						
保守点検実施 年月日	2020年09月02日    15時00分		から	2020年09月09日    19時30分    まで      8時間00分		
保守点検 実施者名	GEヘルスケアジャパン 酒井					
保守点検結果 及び概要	別添参照 外部委託であるため、報告書の写しを保管					
外部委託により メーカー記入様式に沿って点検を実施した。 各部に問題のないことを確認した。						
保守点検後の装置 動作確認等	各部の動作及び画質等問題なし。 放射線出力等問題なし					
安全管理担当者	北川 康子		実施従事者	酒井 誠		

★本装置使用中は本書類及び添付文書・取扱説明書等は何時でも閲覧できる場所に保管する。