

購入・使用前の記録簿

広島大学病院診療支援部 放射線関連部門

作成年月日

2020 年

4 月

1 日

医療機器安全管理責任者	医療機器安全管理担当者
	

区別	購入	薬事承認番号	
医療機器名	マルチスライスCTスキャナ Revolution		
製造販売業者	GE ヘスケア・ジャパン株式会社		
製造販売業者 連絡先	GE ヘスケア・ジャパン株式会社 0120-055-919		
保守点検連絡先 及び担当者名	GE ヘスケア・ジャパン株式会社 担当者 真鍋 鶴田 カスタマーコールセンター 0120-055-919		
製造年月日	2015 年 10 月 日		
型式・名称	Revolution CT		
定格	140kV/635mA		
購入年月日	2015 年 12 月 日		
使用場所	CT2室		
放射線防護に関する 安全使用書類	申請機器一覧(別添)に記載		
安全使用に関する 装置添付書類	別添1に綴じ込む 一般撮影装置取扱に事項に関する添付文書		
安全使用に関する 取扱説明書及び電 気図面	別添2に綴じ込む 一般撮影装置取扱説明書(英文・日本文) 電気図面1～6として保管		
使用開始年月日	申請機器一覧(別添)に記載		
安全管理担当者	藤岡 知加子 		

保守点検計画記録書

広島大学病院

作成年月日

令和2年4月1日

放射線機器安全管理責任者	安全管理担当者
木口 雅夫	藤岡 知加子

区分	購入	部門	放射線診断 CT	使用室名	CT室2
保守点検実施状況	外部委託			外部委託の場合：認定証の有無	有
医療機器名	Revolution CT				
製造業者	GEヘルスケア・ジャパン 広島支店				
販売業者	GEヘルスケア・ジャパン 広島支店				
保守点検連絡先 及び担当者名	GEヘルスケア・ジャパン 広島支店				
	広島市安佐南区西原6-4-23			082-875-7800	
型式・名称	Revolution CT		製造・番号	442785CN2	
	全身用 X 線 CT 診断装置				
定格	最大電圧と電流：140kV/635mA				
	最大電圧と電流：740mA/120kV				
使用開始年月日	平成27年12月7日			設置後経過年数	4 年
保守点検実施 予定年月日	第1回		令和2年6月1日		
	実施予定者		GEヘルスケア・ジャパン		
	第2回		令和2年9月1日		
	実施予定者		GEヘルスケア・ジャパン		
	第3回		令和2年12月1日		
	実施予定者		GEヘルスケア・ジャパン		
	第4回		令和3年3月1日		
	実施予定者		GEヘルスケア・ジャパン		
保守点検実施に 関する注意事項					
保守点検計画起案者	藤岡 知加子		安全管理担当者	藤岡 知加子	

保守点検実施記録書

広島大学病院
令和2年6月1日

実施年月日

放射線機器安全管理責任者	安全管理担当者
木口 雅夫	藤岡 知加子

区分	購入	部門	放射線診断 CT	使用室名	CT室2			
保守点検実施状況	外部委託			外部委託の場合：認定証の有無			有	
医療機器名	Revolution CT							
製造業者	GEヘルスケア・ジャパン 広島支店							
販売業者	GEヘルスケア・ジャパン 広島支店							
保守点検連絡先 及び担当者名	GEヘルスケア・ジャパン 広島支店							
	広島市安佐南区西原6-4-23						082-875-7800	
型式・名称	Revolution CT		製造・番号		442785CN2			
	全身用 X 線 CT 診断装置							
定格	最大電圧と電流：140kV/635mA							
	最大電圧と電流：740mA/120kV							
使用開始年月日	平成27年12月7日					設置後経過年数	4	年
直近の修理・ 点検状況								
保守点検実施 年月日	令和2年6月1日 から					点検修理種別		
	令和2年6月1日 まで							
保守点検実施者名	GEヘルスケア・ジャパン 鶴田							
	立会者 藤岡 知加子					合計 1人		
保守点検結果 及び概要	詳細は別紙 DTSフィルター交換（経年劣化）							
保守点検後の装置 動作確認（放射線 量も含む）	問題なし							
安全管理担当者	藤岡 知加子			保守点検金額	0 円			

★本装置使用中は本書類及び添付文書・取扱説明書等は何時でも閲覧できる場所に保管する。

保守点検実施記録書

広島大学病院
令和2年9月18日

実施年月日

放射線機器安全管理責任者	安全管理担当者
木口 雅夫	藤岡 知加子

区分	購入	部門	放射線診断 CT	使用室名	CT室2
保守点検実施状況	外部委託			外部委託の場合：認定証の有無	有
医療機器名	Revolution CT				
製造業者	GEヘルスケア・ジャパン 広島支店				
販売業者	GEヘルスケア・ジャパン 広島支店				
保守点検連絡先 及び担当者名	GEヘルスケア・ジャパン 広島支店				
	広島市安佐南区西原6-4-23			082-875-7800	
型式・名称	Revolution CT		製造・番号	442785CN2	
	全身用 X 線 CT 診断装置				
定格	最大電圧と電流：140kV/635mA				
	最大電圧と電流：740mA/120kV				
使用開始年月日	平成27年12月7日			設置後経過年数	4 年
直近の修理・ 点検状況	特記事項なし				
保守点検実施 年月日	令和2年9月18日 17時0分 から			点検修理種別	
	令和2年9月18日 20時0分 まで			定期点検	
保守点検実施者名	GEヘルスケア・ジャパン 鶴田 立会者 藤岡 知加子 合計 1人				
保守点検結果 及び概要	定期点検				
保守点検後の装置 動作確認（放射線 量も含む）	点検後動作確認 問題なし				
安全管理担当者	藤岡 知加子		保守点検金額	0 円	

★本装置使用中は本書類及び添付文書・取扱説明書等は何時でも閲覧できる場所に保管する。

保守点検実施記録書

広島大学病院
令和2年12月18日

実施年月日

放射線機器安全管理責任者	安全管理担当者
木口 雅夫	藤岡 知加子

区分	購入	部門	放射線診断 CT	使用室名	CT室2		
保守点検実施状況	外部委託			外部委託の場合：認定証の有無		有	
医療機器名	Revolution CT						
製造業者	GEヘルスケア・ジャパン 広島支店						
販売業者	GEヘルスケア・ジャパン 広島支店						
保守点検連絡先 及び担当者名	GEヘルスケア・ジャパン 広島支店						
	広島市安佐南区西原6-4-23				082-875-7800		
型式・名称	Revolution CT		製造・番号		442785CN2		
	全身用 X 線 CT 診断装置						
定格	最大電圧と電流：140kV/635mA						
	最大電圧と電流：740mA/120kV						
使用開始年月日	平成27年12月7日				設置後経過年数	5 年	
直近の修理・ 点検状況	リングアーチファクト 修理 問題なく稼働 (12/16)						
保守点検実施 年月日	令和2年12月18日 17時0分 から				点検修理種別		
	令和2年12月18日 22時0分 まで				定期点検		
保守点検実施者名	GEヘルスケア・ジャパン 古川 立会者 藤岡 知加子 合計 1人						
保守点検結果 及び概要	定期点検						
保守点検後の装置 動作確認 (放射線 量も含む)	動作確認 問題なし						
安全管理担当者	藤岡 知加子			保守点検金額	0 円		

★本装置使用中は本書類及び添付文書・取扱説明書等は何時でも閲覧できる場所に保管する。

保守点検実施記録書

広島大学病院
令和3年3月1日

実施年月日

放射線機器安全管理責任者	安全管理担当者
木口 雅夫	藤岡 知加子

区分	購入	部門	放射線診断 CT	使用室名	CT室2		
保守点検実施状況	外部委託			外部委託の場合：認定証の有無		有	
医療機器名	Revolution CT						
製造業者	GEヘルスケア・ジャパン 広島支店						
販売業者	GEヘルスケア・ジャパン 広島支店						
保守点検連絡先 及び担当者名	GEヘルスケア・ジャパン 広島支店						
	広島市安佐南区西原6-4-23				082-875-7800		
型式・名称	Revolution CT		製造・番号	442785CN2			
	全身用 X 線 CT 診断装置						
定格	最大電圧と電流：140kV/750mA						
	最大電圧と電流：740mA/120kV						
使用開始年月日	平成27年12月7日				設置後経過年数	5 年	
直近の修理・ 点検状況	特記事項なし						
保守点検実施 年月日	令和3年3月1日 17時0分 から				点検修理種別		
	令和3年3月1日 20時0分 まで				定期点検		
保守点検実施者名	GEヘルスケア・ジャパン 横川 立会者 藤岡 知加子 合計 1人						
保守点検結果 及び概要	定期点検						
保守点検後の装置 動作確認（放射線 量も含む）	点検終了後 動作確認 問題なし						
安全管理担当者	藤岡 知加子			保守点検金額	0 円		

★本装置使用中は本書類及び添付文書・取扱説明書等は何時でも閲覧できる場所に保管する。