

校正日：2021年2月24日
型式：RTR503B/TR-3310
製造番号：52840112/-----

発行番号：S52017300

住友電気テクノソリューションズ株式会社
横浜計測センター
横浜計測グループ



1. 機能点検

点検結果 良

2. 温度指示校正

確度：平均 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (at $0\sim 55^{\circ}\text{C}$)

試験点	基準範囲		指示値	判定
20 $^{\circ}\text{C}$	19.7 $^{\circ}\text{C}$ ~	20.3 $^{\circ}\text{C}$	20.3 $^{\circ}\text{C}$	良

3. 湿度指示校正

確度： $\pm 5\%rh$ (at 25°C , $50\%rh$)

試験点	基準範囲		指示値	判定
50 %rh	45 %rh ~	55 %rh	47 %rh	良

校正日 : 2021年2月24日
Model No : RTR503B/TR-3310
Serial No : 52840112/-----

Reference No : S52017289
住友電エテカソリユシヨソズ 株式会社
横浜計測センター
横浜計測グループ

1. Functional Check Results Pass

2. Temperature Instructions Test

Accuracy : Average $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (at $0\sim 55^{\circ}\text{C}$)

Test point	Limits	Indicated value	Status
20 $^{\circ}\text{C}$	19.7 $^{\circ}\text{C}$ ~ 20.3 $^{\circ}\text{C}$	20.3 $^{\circ}\text{C}$	Pass

2. Humidity Instructions Test

Accuracy : $\pm 5\%$ rh (at 25°C , 50%rh)

Test point	Limits	Indicated value	Status
50 %rh	45 %rh ~ 55 %rh	47 %rh	Pass