

保守点検実施記録書

広島大学病院
令和3年6月11日

実施年月日

放射線機器安全管理責任者	安全管理担当者
木口 雅夫	藤岡 知加子

区分	購入	部門	放射線診断 CT	使用室名	CT室2		
保守点検実施状況	外部委託			外部委託の場合 認定証の有無		有	
医療機器名	Revolution CT						
製造業者	GEヘルスケア・ジャパン 広島支店						
販売業者	GEヘルスケア・ジャパン 広島支店						
保守点検連絡先 及び担当者名	GEヘルスケア・ジャパン 広島支店						
	広島市安佐南区西原6-4-23				082-875-7800		
型式・名称	Revolution CT		製造・番号		442785CN2		
	全身用 X 線CT診断装置						
定格	最大電圧と電流 : 140kV/750mA						
	最大電圧と電流 : 740mA/120kV						
使用開始年月日	平成27年12月7日				設置後経過年数	5	年
直近の修理・ 点検状況	定期点検						
保守点検実施 年月日	令和3年6月11日 17時0分 から				点検修理種別		
	令和3年6月11日 23時59分 まで				定期点検		
保守点検実施者名	GEヘルスケア・ジャパン 鶴田						
	立会者 藤岡 知加子 合計 1人						
保守点検結果 及び概要	定期点検						
保守点検後の装置 動作確認（放射線 量も含む）	点検作業後、動作確認 問題なし						
安全管理担当者	藤岡 知加子		保守点検金額		0 円		

★本装置使用中は本書類及び添付文書・取扱説明書等は何時でも閲覧できる場所に保管する。



顧客情報

お客様: 国立大学法人広島大学病院
顧客住所: 広島県広島市南区霞 1-2-3
契約番号: MS1079-20170123-037-000

装置情報

システムID: REV015 製品名: REV 2.2A QUANTIX 160 IB
UPG
Asset tag #: -- Room Location: --

ケース

ケース番号: 05475072 ケースタイプ: Planned Maintenance

Work Order Details

WO Owner: Turuda Hirofumi
WO Number: WO-07813923
WO Type: Field Service
現象: 定期点検スケジュールB
作業内容: 定期点検スケジュールB作業実施致しました。
詳細は定期点検整備記録を参照願います。
動作確認: マニュアルに従い各部に問題無い事を確認致しました。
Tube/Slice Count: --

作業

Owner	SSO	タイプ	開始日時	終了日時	時間
Hirofumi Turuda	212677868	Planned Maintenance	11 Jun 2021 17:00	11 Jun 2021 23:59	06:59
Takuya Yokogawa	212306251	Planned Maintenance	11 Jun 2021 17:00	11 Jun 2021 19:00	02:00
Makoto Sakai	305006840	Planned Maintenance	11 Jun 2021 17:00	11 Jun 2021 23:59	06:59

パーツ

表示する項目がありません

作業担当者:

作業者名:
Turuda Hirofumi

日時:

お客様サイン:

顧客名:
null 様

日時:

11 Jun 2021 23:29

11 Jun 2021 23:38

本作業に契約時間を超える作業が含まれる場合は作業員からの説明をご確認の上、ご署名をお願いいたします

毎度格別のお引き立てを預かり厚くお礼申し上げます。

今回上記作業を完了しましたので、ご確認下さるようお願い申し上げます。

なお、修理の際取り外しました部品は品質改善の為持ち帰らせていただきますので、

ご了承下さるようあわせてお願い申し上げます。

フリーダイヤル 0120-055-919

Company Information

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

〒191-8503 東京都日野市旭が丘4-7-127

保守点検実施記録書

広島大学病院
令和3年9月24日

実施年月日

放射線機器安全管理責任者	安全管理担当者
木口 雅夫	藤岡 知加子

区分	購入	部門	放射線診断 CT	使用室名	CT室2		
保守点検実施状況	外部委託			外部委託の場合：認定証の有無		有	
医療機器名	Revolution CT						
製造業者	GEヘルスケア・ジャパン 広島支店						
販売業者	GEヘルスケア・ジャパン 広島支店						
保守点検連絡先 及び担当者名	GEヘルスケア・ジャパン 広島支店						
	広島市安佐南区西原6-4-23				082-875-7800		
型式・名称	Revolution CT		製造・番号	442785CN2			
	全身用 X 線 CT 診断装置						
定格	最大電圧と電流：140kV/750mA						
	最大電圧と電流：740mA/120kV						
使用開始年月日	平成27年12月7日				設置後経過年数	5 年	
直近の修理・ 点検状況	特記事項なし						
保守点検実施 年月日	令和3年9月24日 17時0分 から				点検修理種別		
	令和3年9月24日 21時30分 まで				定期点検		
保守点検実施者名	GEヘルスケア・ジャパン 横川						
					立会者 藤岡 知加子	合計 1人	
保守点検結果 及び概要	定期保守点検実施						
保守点検後の装置 動作確認（放射線 量も含む）	実施後動作確認 問題なし						
安全管理担当者	藤岡 知加子			保守点検金額	0 円		

★本装置使用中は本書類及び添付文書・取扱説明書等は何時でも閲覧できる場所に保管する。

顧客情報

お客様: 国立大学法人広島大学病院
顧客住所: 広島県広島市南区霞 1 - 2 - 3
契約番号: MS1079-20170123-037-000

装置情報

システムID: REV015 **製品名:** REV 2.2A **Serial Number:** REVO_REV015
 QUANTIX
 160 IB UPG
Software Version: N/A **Hardware Version:** N/A
Asset tag #: -- **Room Location:** --

ケース

ケース番号: 05780653 **ケースタイプ:** Planned Maintenance

Work Order Details


WO Owner: Yokogawa Takuya
WO Number: WO-07960889
WO Type: Field Service
現象: 定期点検
 スケジュールC
作業内容: 実施致しました。
 詳細は別紙点検整備記録をご参照ください。
動作確認: 作業後、システムが正常であることを確認致しました。
Tube/Slice Count: --

作業

Owner	SSO	タイプ	開始日時	終了日時	時間
Akiko Honda	212326176	Planned Maintenance	24 Sep 2021 17:00	24 Sep 2021 21:30	04:30
Takuya Yokogawa	212306251	Planned Maintenance	24 Sep 2021 17:00	24 Sep 2021 21:30	04:30

パーツ

表示する項目がありません

作業担当者:


作業者名:
 Yokogawa Takuya

お客様サイン:


顧客名:
 null 様

日時:
24 Sep 2021 21:08

日時:
24 Sep 2021 21:08

本作業に契約時間を超える作業が含まれる場合は作業員からの説明をご確認の上、ご署名をお願いいたします

毎度格別のお引き立てを預かり厚くお礼申し上げます。

今回上記作業を完了しましたので、ご確認下さるようお願い申し上げます。

なお、修理の際取り外しました部品は品質改善の為持ち帰らせていただきますので、
ご了承下さるようあわせてお願い申し上げます。

フリーダイヤル 0120-055-919

Company Information

GEヘルスケア・ジャパン株式会社
〒191-8503 東京都日野市旭が丘4-7-127

保守点検実施記録書

広島大学病院
令和3年12月10日

実施年月日

放射線機器安全管理責任者	安全管理担当者
木口 雅夫	藤岡 知加子

区分	購入	部門	放射線診断 CT	使用室名	CT室2		
保守点検実施状況	外部委託			外部委託の場合：認定証の有無		有	
医療機器名	Revolution CT						
製造業者	GEヘルスケア・ジャパン 広島支店						
販売業者	GEヘルスケア・ジャパン 広島支店						
保守点検連絡先 及び担当者名	GEヘルスケア・ジャパン 広島支店						
	広島市安佐南区西原6-4-23				082-875-7800		
型式・名称	Revolution CT		製造・番号	442785CN2			
	全身用 X 線 CT 診断装置						
定格	最大電圧と電流：140kV/750mA						
	最大電圧と電流：740mA/120kV						
使用開始年月日	平成27年12月7日			設置後経過年数	6	年	
直近の修理・ 点検状況	特記事項なし						
保守点検実施 年月日	令和3年12月10日 17時0分 から				点検修理種別		
	令和3年12月10日 23時30分 まで				定期点検		
保守点検実施者名	GEヘルスケア・ジャパン 鶴田 立会者 藤岡 知加子 合計 1人						
保守点検結果 及び概要	定期点検						
保守点検後の装置 動作確認（放射線 量も含む）	点検後動作確認 問題なし						
安全管理担当者	藤岡 知加子			保守点検金額	0	円	

★本装置使用中は本書類及び添付文書・取扱説明書等は何時でも閲覧できる場所に保管する。



顧客情報

お客様: 国立大学法人広島大学病院
顧客住所: 広島県広島市南区霞 1-2-3 ヒロシマ ヒロシマ ミナミ カミ 1-2-3 HIROSHIMA HIROSHIMASHI
MINAMIKU KASUMI 1-2-3 広島市南区 34:広島県 Japan 7340037
契約番号: MS1079-20170123-037-000

装置情報

システムID/ Serial Number: REV015/ REVO_REV015 製品名: REV 2.2A QUANTIX 160 IB UPG
Asset tag #: -- Room Location: --

ケース

ケース番号: 06230702 ケースタイプ: Planned Maintenance

Work Order Details

WO Owner: Turuda Hirofumi
WO Number: WO-08497216
WO Type: Field Service
現象: CT 定期点検作業 (スケジュールD)
作業内容: 定期点検作業を実施致しました。
詳細につきましては別紙点検整備記録をご参照ください。
動作確認: ファントムテストスキャンを実施し、装置が正常に動作することを確認いたしました。
Tube/Slice Count: --

作業

Owner	SSO	タイプ	開始日時	終了日時	時間
Turuda Hirofumi	212677868	Planned Maintenance	10 Dec 2021 17:00	10 Dec 2021 23:00	06:00
Honda Akiko	212326176	Planned Maintenance	10 Dec 2021 17:00	10 Dec 2021 23:00	06:00

パーツ

Return Reference#	Product ID	Product Description	Old Serial#	New Serial#	Qty	Part List Price
334430670	5454817	Grease, Klueber ISO FLEX 3oz	--	--	1	26,000.00 JPY



作業担当者:

有田

作業者名:

Hirofumi Turuda

日時:

10 Dec 2021 23:09

Company Information:

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

〒191-8503 東京都日野市旭が丘4-7-127

お客様サイン:

藤岡

お客様:

日時:

10 Dec 2021 23:11

保守点検実施記録書

広島大学病院
令和4年3月23日

実施年月日

放射線機器安全管理責任者	安全管理担当者
木口 雅夫	藤岡 知加子

区分	購入	部門	放射線診断 CT	使用室名	CT室2		
保守点検実施状況	外部委託			外部委託の場合：認定証の有無		有	
医療機器名	Revolution CT						
製造業者	GEヘルスケア・ジャパン 広島支店						
販売業者	GEヘルスケア・ジャパン 広島支店						
保守点検連絡先 及び担当者名	GEヘルスケア・ジャパン 広島支店						
	広島市安佐南区西原6-4-23				082-875-7800		
型式・名称	Revolution CT		製造・番号	442785CN2			
	全身用 X 線 CT 診断装置						
定格	最大電圧と電流：:140kV/750mA						
	最大電圧と電流：:740mA/120kV						
使用開始年月日	平成27年12月7日				設置後経過年数	6 年	
直近の修理・ 点検状況	特記事項なし						
保守点検実施 年月日	令和4年3月23日 17時0分 から				点検修理種別		
	令和4年3月23日 22時0分 まで				定期点検		
保守点検実施者名	GEヘルスケア・ジャパン 鶴田 立会者 藤岡 知加子 合計 1人						
保守点検結果 及び概要	定期点検						
保守点検後の装置 動作確認（放射線 量も含む）	HUBの不具合。代替え品で対応。3/24純正品に交換予定						
安全管理担当者	藤岡 知加子			保守点検金額	0 円		

★本装置使用中は本書類及び添付文書・取扱説明書等は何時でも閲覧できる場所に保管する。



顧客情報

お客様: 国立大学法人広島大学病院
顧客住所: 広島県広島市南区霞 1 - 2 - 3 ヒロシマク ヒロシマ ミナミ カミ 1-2-3 HIROSHIMA HIROSHIMASHI
MINAMIKU KASUMI 1-2-3 広島市南区 34:広島県 Japan 7340037
契約番号: MS2505-20211006-042-004

装置情報

システムID/ Serial Number: REV015/ REVO_REV015 製品名: REV 2.2A QUANTIX 160 IB UPG
Asset tag #: -- Room Location: --

ケース

ケース番号: 06470806 ケースタイプ: Planned Maintenance

Work Order Details

WO Owner:

Turuda Hirofumi

WO Number:

WO-08681757

WO Type:

Field Service

現象:

定期点検スケジュールA

作業内容:

定期点検スケジュールAを実施致しました。
詳細は別途、定期点検整備記録をご参照下さい。

動作確認:

動作に問題がないことを確認して作業完了致しました。

Tube/Slice Count:

4156

作業

Owner	SSO	タイプ	開始日時	終了日時	時間
Turuda Hirofumi	212677868	Planned Maintenance	23 Mar 2022 17:00	23 Mar 2022 22:00	05:00
Honda Akiko	212326176	Planned Maintenance	23 Mar 2022 17:00	23 Mar 2022 22:00	05:00

パーツ

表示する項目がありません



作業担当者:

鶴田

お客様サイン:

藤岡

作業者名:

Hirofumi Turuda

お客様:

日時:

24 Mar 2022 21:25

日時:

24 Mar 2022 21:33

Company Information:

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

〒191-8503 東京都日野市旭が丘4-7-127