広島大学病院　御中

検　査　成　績　書

証明書番号：TET22CW-0652

品名(コード)　：テルモ電子体温計Ｃ２０７
製造番号　：２１－Ｋ２５ロット
数量　：３本
検査結果　：下記の通り（検査判定日：２０２１年１２月０７日）
この機器が正常に作動することを証明します。

検査結果

検査項目			検査基準内容	判定
外観検査	1	製品ロット No.	体温計本体に指定の捺印がされている事。	合格
	2	外観状態	体温計外観に、割れ、欠け、変色が無い事。	合格
機能検査	1	電源投入動作検査	収納ケースより取り出した時、基準動作をする事。	合格
	2	測温動作検査	約 30 秒で予測が成立し、ブザーが鳴動する事。	合格
	3	温度精度検査	33.0/37.0/41.0℃の基準温度に対し±0.1℃である事。	合格
	4	オートスタート検査	温槽に浸漬し測定がスタートする事。	合格
	5	表示保持検査	検温終了後、表示が持続されている事。	合格
	6	表示検査	液晶表示部にセグメント欠け等がない事。	合格

２０２２年０６月０６日

テルモ株式会社ＭＥセンター　信頼性保証室
静岡県駿東郡長泉町下長窪 1002-1

作成者	承認者
千葉 '22.6.06 3300790	上村 '22.6.06 3101531