

保守点検実施記録書

実施年月日 広島大学病院
令和4年5月13日

放射線機器安全管理責任者	安全管理担当者
木口 雅夫	穂山 雄次

区分	購入	部門	放射線診断 MR	使用室名	MR室1		
保守点検実施状況	外部委託			外部委託の場合：認定証の有無		無	
医療機器名	Ingenia 3.0T CX						
製造業者	フィリップス・ジャパン						
販売業者	フィリップス・ジャパン						
保守点検連絡先 及び担当者名	フィリップス・ジャパン						
						河重 安宏	
型式・名称	Ingenia 3.0T CX		製造・番号				
	超電導磁石式全身用MR装置						
定格							
使用開始年月日	平成29年3月15日				設置後経過年数	5	年
直近の修理・ 点検状況							
保守点検実施 年月日	令和4年5月13日 から					点検修理種別	
	令和4年5月13日 まで					定期点検	
保守点検実施者名	フィリップス・ジャパン 河重 安宏						
	立会者 穂山 雄次					合計 1人	
保守点検結果 及び概要							
保守点検後の装置 動作確認（放射線 量も含む）							
安全管理担当者	穂山 雄次			保守点検金額	0 円		

★本装置使用中は本書類及び添付文書・取扱説明書等は何時でも閲覧できる場所に保管する。

作業報告書

ワークオーダー: WO-05694174

文書番号: WO-05694174_1
発行日: 2022/05/17

ケース番号: 0118746591

販売先:
〒734-8551
広島県 広島市南区
霞1-2-3
広島大学病院

納入先:
〒734-8551
広島県 広島市南区
霞1-2-3
広島大学病院

お問い合わせ先:
Tel: 0120-556-494 (03-3740-3216)

〒108-8507
東京都港区港南2-13-37 フィリップス
株式会社フィリップス・ジャパン



お客様情報

ご担当者様: Not Applicable
Email: Not Applicable

Tel: Not Applicable
Mobile Phone: Not Applicable

ワークオーダー情報

エンジニア名: Yasuhiro Kawashige
作成日: 2021/11/19
故障区分: 5 - 予定作業
作業区分: 点検

保守契約番号: CON0471180
保守契約タイプ: Protection IS JP
製品保証番号: Not Applicable

システム情報

システム名: Ingenia 3.0T CX 781271
システムID: 70521258
Customer Inventory number: Not Applicable

シリアル番号: 78095
Tech ID: Not Applicable
UDI: (01)00884838068452(21)78095
部屋名: 画像診断センター MRI 1

ご依頼内容: 保守点検
システムステータス: 点検作業が完了し、システムは完全な状態での臨床使用可。

作業詳細

区分	サービスタイプ	開始日時	終了日時	所要時間
移動	現場作業	2022/05/13 17:00	2022/05/13 17:30	0.50
作業時間	現場作業	2022/05/13 17:30	2022/05/13 21:00	3.50
作業時間	現場作業	2022/05/13 21:00	2022/05/13 22:00	1.00
移動	現場作業	2022/05/13 22:00	2022/05/13 22:30	0.50
合計時間:				5.50

規制に関する質問

質問	回答
はんだ付け作業の有無	なし

作業内容

区分	詳細	作成日	エンジニア名
コメント	サービスマニュアルに従い保守契約に基づく保守定期点検を実施致しました。清掃作業を実施致しました。各種、動作チェックならびに調整作業を実施致しました。装置の動作に問題ございません。	2022/05/13	Yasuhiro Kawashige

ツール情報

機器名	ツールコード	型番	シリアル / アセット番号	校正期限
MULTIMETER	TC091-047	FLUKE 287	44370225	2022/09/16

保守点検実施記録書

広島大学病院
令和4年8月12日

実施年月日

放射線機器安全管理責任者	安全管理担当者
木口 雅夫	穂山 雄次

区分	購入	部門	放射線診断 MR	使用室名	MR室1
保守点検実施状況	外部委託			外部委託の場合：認定証の有無	無
医療機器名	Ingenia 3.0T CX				
製造業者	フィリップス・ジャパン				
販売業者	フィリップス・ジャパン				
保守点検連絡先 及び担当者名	フィリップス・ジャパン				
	河重 安宏				
型式・名称	Ingenia 3.0T CX		製造・番号		
	超電導磁石式全身用MR装置				
定格					
使用開始年月日	平成29年3月15日			設置後経過年数	5 年
直近の修理・ 点検状況					
保守点検実施 年月日	令和4年8月12日 から			点検修理種別	
	令和4年8月12日 まで			定期点検	
保守点検実施者名	フィリップス・ジャパン 高杉 太一 立会者 高橋 佑治 合計 1人				
保守点検結果 及び概要					
保守点検後の装置 動作確認（放射線 量も含む）					
安全管理担当者	穂山 雄次		保守点検金額	0 円	

★本装置使用中は本書類及び添付文書・取扱説明書等は何時でも閲覧できる場所に保管する。

PHILIPS

作業報告書

ワークオーダー: WO-04801326

文書番号: WO-04801326_1
発行日: 2022/08/12

ケース番号: 0118746592

販売先:〒734-8551
広島県 広島市南区
霞1-2-3
広島大学病院**納入先:**〒734-8551
広島県 広島市南区
霞1-2-3
広島大学病院**お問い合わせ先:**

Tel: 0120-556-494 (03-3740-3216)

〒108-8507
東京都港区港南2-13-37 フィリップス
株式会社フィリップス・ジャパン**お客様情報**ご担当者様: 様 現場担当者
Email: Not ApplicableTel: +(81)082-257-5555
Mobile Phone: Not Applicable**ワークオーダー情報**エンジニア名: Taichi Takasugi
作成日: 2021/11/19
故障区分: 5 - 予定作業
作業区分: 点検保守契約番号: CON0471180
保守契約タイプ: Protection IS JP
製品保証番号: Not Applicable**システム情報**システム名: Ingenia 3.0T CX 781271
システムID: 70521258
Customer Inventory number: Not Applicableシリアル番号: 78095
Tech ID: Not Applicable
UDI: (01)00884838068452(21)78095
部屋名: 画像診断センター MRI 1

ご依頼内容: 保守点検

システムステータス: 点検作業が完了し、システムは完全な状態での臨床使用可。

作業詳細

区分	サービスタイプ	開始日時	終了日時	所要時間
移動	現場作業	2022/08/12 16:30	2022/08/12 17:00	0.50
作業時間	現場作業	2022/08/12 17:00	2022/08/12 20:00	3.00
移動	現場作業	2022/08/12 20:00	2022/08/12 20:30	0.50
合計時間:				4.00

規制に関する質問

質問	回答
はんだ付け作業の有無	なし

作業内容

区分	詳細	作成日	エンジニア名
コメント	[作業内容詳細] 保守定期点検を実施致しました。 装置は正常に稼働しております。点検報告書は後日お送り致します。	2022/08/12	Taichi Takasugi

保守点検実施記録書

広島大学病院
令和4年11月4日

実施年月日

放射線機器安全管理責任者	安全管理担当者
木口 雅夫	穂山 雄次

区分	購入	部門	放射線診断 MR	使用室名	MR室1		
保守点検実施状況	外部委託			外部委託の場合：認定証の有無		無	
医療機器名	Ingenia 3.0T CX						
製造業者	フィリップス・ジャパン						
販売業者	フィリップス・ジャパン						
保守点検連絡先 及び担当者名	フィリップス・ジャパン						
	河重 安宏						
型式・名称	Ingenia 3.0T CX		製造・番号				
	超電導磁石式全身用MR装置						
定格							
使用開始年月日	平成29年3月15日				設置後経過年数	5 年	
直近の修理・ 点検状況							
保守点検実施 年月日	令和4年11月4日 から				点検修理種別		
	令和4年11月4日 まで				定期点検		
保守点検実施者名	フィリップス・ジャパン 河重 安宏 立会者 高橋 佑治 合計 1人						
保守点検結果 及び概要							
保守点検後の装置 動作確認（放射線 量も含む）							
安全管理担当者	穂山 雄次		保守点検金額		0 円		

★本装置使用中は本書類及び添付文書・取扱説明書等は何時でも閲覧できる場所に保管する。

PHILIPS

作業報告書

ワークオーダー: WO-06810594

文書番号: WO-06810594_1

発行日: 2022/11/04


ケース番号: 0120409074

販売先:
〒734-8551
広島県 広島市南区
霞1-2-3
広島大学病院

納入先:
〒734-8551
広島県 広島市南区
霞1-2-3
広島大学病院

お問い合わせ先:
Tel: 0120-556-494 (03-3740-3215)

〒108-8507
東京都港区港南2-13-37 フィリップス
株式会社フィリップス・ジャパン



お客様情報

ご担当者様: 現場担当者 様
Email: Not Applicable

Tel: +(81)082-257-5555
Mobile Phone: Not Applicable

ワークオーダー情報

エンジニア名: Yasuhiro Kawashige
作成日: 2022/09/21
故障区分: 5 - 予定作業
作業区分: 点検

保守契約番号: CON0471180
保守契約タイプ: Protection IS JP
製品保証番号: Not Applicable

システム情報

システム名: Ingenia 3.0T CX 781271
システムID: 70521258
Customer Inventory number: Not Applicable

シリアル番号: 78095
Tech ID: Not Applicable
UDI: (01)00884838068452(21)78095
部屋名: 画像診断センター MRI 1

ご依頼内容: 保守点検
システムステータス: 点検作業が完了し、システムは完全な状態での臨床使用可。

作業詳細

区分	サービスタイプ	開始日時	終了日時	所要時間
移動	現場作業	2022/11/04 17:00	2022/11/04 17:30	0.50
作業時間	現場作業	2022/11/04 17:30	2022/11/04 21:30	4.00
作業時間	現場作業	2022/11/04 21:30	2022/11/04 22:00	0.50
			合計時間:	5.00

規制に関する質問

質問	回答
はんだ付け作業の有無	なし

作業内容

区分	詳細	作成日	エンジニア名
コメント	保守契約に基づく保守定期点検を実施致しました。清掃作業を実施致しました。各種動作チェックならびに調整作業を実施致しました。装置動作に問題御座いません。	2022/11/04	Yasuhiro Kawashige

保守点検実施記録書

広島大学病院
令和5年2月17日

実施年月日

放射線機器安全管理責任者	安全管理担当者
木口 雅夫	穂山 雄次

区分	購入	部門	放射線診断 MR	使用室名	MR室1		
保守点検実施状況	外部委託			外部委託の場合：認定証の有無		有	
医療機器名	Ingenia 3.0T CX						
製造業者	フィリップス・ジャパン						
販売業者	フィリップス・ジャパン						
保守点検連絡先 及び担当者名	フィリップス・ジャパン						
						河重 安宏	
型式・名称	Ingenia 3.0T CX		製造・番号				
	超電導磁石式全身用MR装置						
定格							
使用開始年月日	平成29年3月15日				設置後経過年数	5	年
直近の修理・ 点検状況							
保守点検実施 年月日	令和5年2月17日 17時45分 から					点検修理種別	
	令和5年2月17日 22時0分 まで					定期点検	
保守点検実施者名	フィリップス・ジャパン 河重 安宏						
	立会者 穂山 雄次						合計 1人
保守点検結果 及び概要							
保守点検後の装置 動作確認（放射線 量も含む）							
安全管理担当者	穂山 雄次			保守点検金額	0 円		

★本装置使用中は本書類及び添付文書・取扱説明書等は何時でも閲覧できる場所に保管する。

PHILIPS

作業報告書

ワークオーダー: WO-07372055

文書番号: WO-07372055_1
発行日: 2023/02/17

ケース番号: 0120884441

販売先:
〒734-8551
広島県 広島市南区
霞1-2-3
広島大学病院納入先:
〒734-8551
広島県 広島市南区
霞1-2-3
広島大学病院お問い合わせ先:
Tel: 0120-556-494 (03-3740-3216)〒108-8507
東京都港区港南2-13-37 フィリップス
株式会社フィリップス・ジャパン

お客様情報

ご担当者様: 現場担当者 様
Email: Not ApplicableTel: +(81)082-257-5555
Mobile Phone: Not Applicable

ワークオーダー情報

エンジニア名: Masatoshi Kusachi
作成日: 2022/12/15
故障区分: 5 - 予定作業
作業区分: 点検保守契約番号: CON0471180
保守契約タイプ: Protection IS JP
製品保証番号: Not Applicable

システム情報

システム名: Ingenia 3.0T CX 781271
システムID: 70521258
Customer Inventory number: Not Applicableシリアル番号: 78095
Tech ID: Not Applicable
UDI: (01)00884838068452(21)78095
部屋名: 画像診断センター MRI 1ご依頼内容: 保守点検
システムステータス: 点検作業が完了し、システムは完全な状態での臨床使用可。

作業詳細

区分	サービスタイプ	開始日時	終了日時	所要時間
作業時間	現場作業	2023/02/17 17:45	2023/02/17 22:00	4.25
			合計時間:	4.25

規制に関する質問

質問	回答
はんだ付け作業の有無	なし