

保守点検実施記録書

実施年月日 広島大学病院
令和4年8月5日

放射線機器安全管理責任者	安全管理担当者
木口 雅夫	穂山 雄次

区分	購入	部門	放射線診断 MR	使用室名	MR室2		
保守点検実施状況	外部委託			外部委託の場合：認定証の有無		無	
医療機器名	Ingenia 3.0T						
製造業者	フィリップス・ジャパン						
販売業者							
保守点検連絡先 及び担当者名							
型式・名称	Ingenia 3.0T		製造・番号				
	超電導磁石式全身用MR装置						
定格							
使用開始年月日	平成25年7月1日				設置後経過年数	9 年	
直近の修理・ 点検状況							
保守点検実施 年月日	令和4年8月5日 から				点検修理種別		
	令和4年8月5日 まで				定期点検		
保守点検実施者名	フィリップス・ジャパン 河重 安宏 立会者 穂山 雄次 合計 1人						
保守点検結果 及び概要							
保守点検後の装置 動作確認（放射線 量も含む）							
安全管理担当者	穂山 雄次		保守点検金額		0 円		

★本装置使用中は本書類及び添付文書・取扱説明書等は何時でも閲覧できる場所に保管する。


PHILIPS

作業報告書

ワークオーダー: WO-04789692

文書番号: WO-04789692_1
発行日: 2022/08/05

ケース番号: 0118736796

販売先:
〒734-8551
広島県 広島市南区
霞1-2-3
広島大学病院納入先:
〒734-8551
広島県 広島市南区
霞1-2-3
広島大学病院お問い合わせ先:
Tel: 0120-556-494 (03-3740-3211)〒108-8507
東京都港区港南2-13-37 フィリップス
株式会社フィリップス・ジャパン

お客様情報

ご担当者様: 様 現場担当者
Email: Not ApplicableTel: +(81)082-257-5555
Mobile Phone: Not Applicable

ワークオーダー情報

エンジニア名: Taichi Takasugi
作成日: 2021/11/18
故障区分: 5 - 予定作業
作業区分: 点検保守契約番号: CON0471699
保守契約タイプ: Protection IS JP
製品保証番号: Not Applicable

システム情報

システム名: Ingenia 3.0T 781377
システムID: 58696268
Customer Inventory number: Not Applicableシリアル番号: 42299
Tech ID: Not Applicable
UDI: Not Applicable
部屋名: 画像診断センター : MRI室 3ご依頼内容: 保守点検
システムステータス: 点検作業が完了し、システムは完全な状態での臨床使用可。

作業詳細

区分	サービスタイプ	開始日時	終了日時	所要時間
動	現場作業	2022/08/05 17:00	2022/08/05 17:30	0.50
作業時間	現場作業	2022/08/05 17:30	2022/08/05 22:30	5.00
移動	現場作業	2022/08/05 22:30	2022/08/05 23:00	0.50
			合計時間:	6.00

規制に関する質問

質問	回答
はんだ付け作業の有無	なし

作業内容

区分	詳細	作成日	エンジニア名
コメント	[作業内容詳細]保守定期点検を実施致しました。点検報告書は後日お送り致します。	2022/08/05	Taichi Takasugi

ツール情報

機器名	ツールコード	型番	シリアル / アセット番号	校正期限
MULTIMETER	TC091-047	FLUKE 287	96010304	2023/04/22
EARTH BOUNDING TESTER	TC025-009	AC GROUNDING HITESTER 3157-01	150235641	2023/05/12
CURRENT CLAMP	TC012-001	HIOKI 3283	140539299	2023/06/30

保守点検実施記録書

実施年月日 広島大学病院
令和5年3月3日

放射線機器安全管理責任者	安全管理担当者
木口 雅夫	穂山 雄次

区分	購入	部門	放射線診断 MR	使用室名	MR室2		
保守点検実施状況	外部委託			外部委託の場合：認定証の有無		無	
医療機器名	Ingenia 3.0T						
製造業者	フィリップス・ジャパン						
販売業者							
保守点検連絡先 及び担当者名							
型式・名称	Ingenia 3.0T		製造・番号				
	超電導磁石式全身用MR装置						
定格							
使用開始年月日	平成25年7月1日				設置後経過年数	9	年
直近の修理・ 点検状況							
保守点検実施 年月日	令和5年3月3日 17時30分 から					点検修理種別	
	令和5年3月3日 21時30分 まで					定期点検	
保守点検実施者名	フィリップス・ジャパン 河重 安宏 立会者 高橋 佑治 合計 1人						
保守点検結果 及び概要							
保守点検後の装置 動作確認（放射線 量も含む）							
安全管理担当者	穂山 雄次			保守点検金額	0 円		

★本装置使用中は本書類及び添付文書・取扱説明書等は何時でも閲覧できる場所に保管する。

PHILIPS

作業報告書

ワークオーダー: WO-06892710

文書番号: WO-06892710_1
発行日: 2023/03/03

ケース番号: 0120479996

販売先:
〒734-8551
広島県 広島市南区
霞1-2-3
広島大学病院納入先:
〒734-8551
広島県 広島市南区
霞1-2-3
広島大学病院お問い合わせ先:
Tel: 0120-556-494 (03-3740-3213)〒108-8507
東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル
株式会社フィリップス・ジャパン

お客様情報

ご担当者様: 現場担当者 様
Email: Not ApplicableTel: +(81)082-257-5555
Mobile Phone: Not Applicable

ワークオーダー情報

エンジニア名: Yasuhiro Kawashige
作成日: 2022/10/04
故障区分: 5 - 予定作業
作業区分: 点検保守契約番号: CON0659435
保守契約タイプ: Protection IS JP
製品保証番号: Not Applicable

システム情報

システム名: Ingenia 3.0T 781377
システムID: 58696268
Customer Inventory number: Not Applicableシリアル番号: 42299
Tech ID: Not Applicable
UDI: Not Applicable
部屋名: 画像診断センター: MRI室3

ご依頼内容: 保守点検

システムステータス: 点検作業が完了し、システムは完全な状態での臨床使用可。

作業詳細

区分	サービスタイプ	開始日時	終了日時	所要時間
作業時間	現場作業	2023/03/03 17:30	2023/03/03 21:30	4.00
			合計時間:	4.00

規制に関する質問

質問	回答
はんだ付け作業の有無	なし

部品情報

部品番号	部品名	UDI	シリアル/バッチ/ロット番号	数量	ステータス
452215024041	DUST FILTER SET (5PIECES)	Not Applicable	Not Applicable	1	Installed
452215022022	PATIENT VENTILATION AIR FILTER	Not Applicable	Not Applicable	2	Installed
452230028752	GREASE CARTRIDGE (MOLUB ALLOY 823-2 FM)	Not Applicable	Not Applicable	1	Installed