

試験成績書

発行番号: S52417693

住友電気工業株式会社
横浜分析計測センター
横浜計測グループ



顧客先 広島大学病院 殿
顧客先管理番号

例. 冷蔵庫に設置する温度ロガーの校正書 RTR502B 冷蔵用 校正温度: 4℃

品 名: おんどとり Jr.
メーカー: ティアンドデイ
型 式: RTR502B
製造番号: 5282BE4A

①

校正日: 2025年2月28日

温度: 25 °C

判定: 合格

調整: 無

校正者:

湿度: 29 %

弊社管理番号: H073767

承認者



上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。

校正作業に使用した標準器は、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST (National Institute of Standards and Technology) などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティがとれています。

②

【使用標準器】

品 名	メーカー	管理番号
型 式	製造番号	有効期限
抵抗式温度計	MARTEL	5K050103
BetaProbe T1	2335269	2025/06/30

③

① 校正日と校正を行った部屋の温度と湿度

② 標準器（校正に用いた機器）：抵抗式温度計

③ 標準器の有効期限

本試験では、抵抗式温度計の有効期限となります

校正日: 2025年2月28日

型 式: RTR502B

製造番号: 5282BE4A

発行番号: S52417693

住友電気工業株式会社
横浜分析計測センター
横浜計測グループ



1. 機能点検

点検結果

良

2. 温度指示校正

確度: 平均±0.3°C (at -20~80°C)

平均±0.5°C (at -40~-20°C, 80~110°C)

平均±1.0°C (at -60~-40°C, 110~155°C)

④

試験点

基準範囲

指示値

判定

4 °C

3.7 °C ~

4.3 °C

4.1 °C

良

④ 試験した温度（試験点）とその判定結果