

保守点検実施記録書

実施年月日 広島大学病院
令和7年8月1日

放射線機器安全管理責任者	安全管理担当者
越智 悠介	穂山 雄次

区分	購入	部門	放射線診断 MR	使用室名	MR室2		
保守点検実施状況	外部委託		外部委託の場合：認定証の有無			有	
医療機器名	Ingenia 3.0T						
製造業者	フィリップス・ジャパン						
販売業者							
保守点検連絡先及び担当者名							
型式・名称	Ingenia 3.0T		製造・番号				
	超電導磁石式全身用MR装置						
定格							
使用開始年月日	平成25年7月1日			設置後経過年数	12	年	
直近の修理・点検状況							
保守点検実施年月日	令和7年8月1日 17時30分 から				点検修理種別		
	令和7年8月1日 21時30分 まで				定期点検		
保守点検実施者名	フィリップス・ジャパン 西尾 卓也			立会者	穂山 雄次	合計 1人	
保守点検結果及び概要							
保守点検後の装置動作確認（放射線量も含む）							
安全管理担当者	穂山 雄次		保守点検金額	0		円	

★本装置使用中は本書類及び添付文書・取扱説明書等は何時でも閲覧できる場所に保管する。

PHILIPS

作業報告書

ワークオーダー: WO-10599537

文書番号: WO-10599537_1
発行日: 2025/08/01

ケース番号: 0123602927

販売先:
〒734-8551
広島県 広島市南区
霞1-2-3
広島大学病院納入先:
〒734-8551
広島県 広島市南区
霞1-2-3
広島大学病院お問い合わせ先:
Tel: 0120-556-494〒106-0041
東京都港区麻布台1-3-1
麻布台ヒルズ森JPタワー15階
株式会社フィリップス・ジャパン

お客様情報

ご担当者様: 現場担当者様
Email: Not ApplicableTel: +(81)082-257-5555
Mobile Phone: Not Applicable

ワークオーダー情報

エンジニア名: Takuya Nishio
作成日: 2024/05/08
故障区分: 5 - 予定作業
作業区分: 点検保守契約番号: CON0659435
保守契約タイプ: Protection IS JP
製品保証番号: Not Applicable

システム情報

システム名: Ingenia 3.0T 781377
システムID: 58696268
Customer Inventory number: Not Applicableシリアル番号: 42299
Tech ID: Not Applicable
UDI: Not Applicable
部屋名: 画像診断センター : MRI室 3ご依頼内容: 保守点検
システムステータス: 点検作業が完了し、システムは完全な状態での臨床使用可。

作業詳細

区分	サービスタイプ	開始日時	終了日時	所要時間
作業時間	現場作業	2025/08/01 17:30	2025/08/01 21:30	4.00
			合計時間:	4.00

規制に関する質問

質問
はんだ付け作業の有無回答
なし

作業内容

区分
顧客コメント作成日
2025/08/01

[作業内容詳細]

サービスマニュアルに従い保守契約に基づく保守定期点検を実施致しました。
チラーを含む清掃作業を実施致しました。
各種、動作チェックならびに調整作業を実施致しました。
マニュアル内の要求事項を全て満たしております。装置の動作に問題ございません。
WO-13221030 の内容を含め報告いたします。

弊社担当者署名:

お客様ご署名:

2/2

西尾卓也

高橋

エンジニア名: Nishio, Takuya
日時: 2025/08/04 17:11
電子署名

お客様名: 現場担当者様
日時: 2025/08/04 17:11
電子署名

ワークオーダー: WO-10599537

株式会社フィリップス・ジャパン
〒106-0041
東京都港区麻布台1-3-1
麻布台ヒルズ森JPタワー15階

本作業報告書に記載する作業が実施されたことを合意します。作業に対しては、
(<http://philips.to/css-pdf>) に掲載するサービスの一般条件(「サービス条件」)
が適用されることを合意します。作業実施後にフィリップスからお客様に提出する
請求書に記載の価格を最終価格とし、その支払いをもってお客様はフィリップス
に対して最終価格を了承したものとします。

