




購入・使用前の記録簿

広島大学病院診療支援部 放射線関連部門

作成年月日 平成 29年 4月 1日



医療機器安全管理責任者	医療機器安全管理担当者
	

区別	購入	薬事承認番号
医療機器名	マルチスライスCTスキャナ Revolution	
製造販売業者	GE ヘスケア・ジャパン株式会社	
製造販売業者 連絡先	GE ヘスケア・ジャパン株式会社 0120-055-919	
保守点検連絡先 及び担当者名	GE ヘスケア・ジャパン株式会社 担当者 小川 カスタマーコールセンター 0120-055-919	
製造年月日	平成 27年 10月 日	
型式・名称	Revolution CT	
定格	140kV/635mA	
購入年月日	平成 27年 12月 日	
使用場所	CT2室	
放射線防護に関する 安全使用書類	申請機器一覧(別添)に記載	
安全使用に関する 装置添付書類	別添1に綴じ込む 一般撮影装置取扱に事項に関する添付文書	
安全使用に関する 取扱説明書及び電 気図面	別添2に綴じ込む 一般撮影装置取扱説明書(英文・日本語) 電気図面1~6として保管	
使用開始年月日	申請機器一覧(別添)に記載	
安全管理担当者	藤岡 知加子 	

保守点検計画記録書

広島大学病院診療支援部 放射線関連部門



作成年月日 平成 29年 4月 1日

医療機器安全管理 責任者	医療機器安全管理 担当者
	

区分	1	部署	画像診断部門	使用室名	CT2室			
保守点検実施状況	外部委託			外部委託の場合： 認定証の有無		<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無	
医療機器名	マルチスライスCTスキャナ Revolution CT							
製造販売業者	GE ヘスケア・ジャパン株式会社							
保守点検連絡先 及び担当者名	GE 横河メディカルシステム株式会社 担当者 小川 カスタマーコールセンター 0120-055-919							
型式・名称	機器一覧参照(別添)							
定格	機器一覧参照(別添)							
使用開始年月日	平成	27年	12月	7日	設置後 経過年数	2年		
保守点検実施 予定年月日	第1回	平成	29年	6月	日	実施予定者 GE 横河メディカルシステム株式会社		
	第2回	平成	29年	9月	日	実施予定者 GE 横河メディカルシステム株式会社		
	第3回	平成	29年	12月	日	実施予定者 GE 横河メディカルシステム株式会社		
	第4回	平成	30年	3月	日	実施予定者 GE 横河メディカルシステム株式会社		
	第5回	平成	年	月	日	実施予定者		
	保守点検実施に関する注意事項							
	保守点検計画起案者			藤岡 知加子				

保守点検実施記録書

広島大学病院診療支援部 放射線関連部門

医療機器安全管理 責任者	医療機器安全管理 担当者
	



実施年月日 平成 29 年 6 月 16 日

区分	1	部署	画像診断部門	使用室名	CT2室			
保守点検実施状況	外部委託			外部委託の場合： 認定証の有無		(有)	無	
医療機器名	マルチスライスCTスキャナ Revolution CT							
製造販売業者	GE ヘスケア・ジャパン株式会社							
保守点検連絡先 及び担当者名	GE ヘスケア・ジャパン株式会社 担当者 小川 カスタマーコールセンター 0120-055-919							
型式・名称	機器一覧参照(別添)							
定格	機器一覧参照(別添)							
使用開始年月日	平成	27 年	12 月	日	設置後 経過年数	2 年		
直近の修理・ 点検状況	メーカー作成の報告書参照(コピー添付)							
保守点検実施 年月日	メーカー作成の報告書参照(コピー添付)							
保守点検 実施者名	メーカー作成の報告書参照(コピー添付) 立会: 藤岡						合計4名	
保守点検結果 及び概要	メーカー作成の報告書参照(コピー添付)							
外部委託により メーカー記入様式に沿って点検を実施した。 各部に問題のないことを確認した。								
保守点検後の装置 動作確認等	各部の動作及び画質等問題なし。							
安全管理担当者	藤岡知加子			実施従事者	藤岡知加子			

★本装置使用中は本書類及び添付文書・取扱説明書等は何時でも閲覧できる場所に保管する。

保守点検実施記録書

広島大学病院診療支援部 放射線関連部門

医療機器安全管理 責任者	医療機器安全管理 担当者
	



実施年月日 平成 29 年 9 月 23 日

区分	1	部署	画像診断部門	使用室名	CT2室		
保守点検実施状況	外部委託			外部委託の場合： 認定証の有無		<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無
医療機器名	マルチスライスCTスキャナ Revolution CT						
製造販売業者	GE ヘスケア・ジャパン株式会社						
保守点検連絡先 及び担当者名	GE ヘスケア・ジャパン株式会社 担当者 小川 カスタマーコールセンター 0120-055-919						
型式・名称	機器一覧参照(別添)						
定格	機器一覧参照(別添)						
使用開始年月日	平成	27 年	12 月	日	設置後 経過年数	2 年	
直近の修理・ 点検状況	メーカー作成の報告書参照(コピー添付)						
保守点検実施 年月日	メーカー作成の報告書参照(コピー添付)						
保守点検 実施者名	メーカー作成の報告書参照(コピー添付) 立会： 藤岡					合計2名	
保守点検結果 及び概要	メーカー作成の報告書参照(コピー添付)						
外部委託により メーカー記入様式に沿って点検を実施した。 各部に問題のないことを確認した。							
保守点検後の装置 動作確認等	各部の動作及び画質等問題なし。						
安全管理担当者	藤岡知加子			実施従事者	藤岡知加子		

★本装置使用中は本書類及び添付文書・取扱説明書等は何時でも閲覧できる場所に保管する。

保守点検実施記録書

広島大学病院診療支援部 放射線関連部門

医療機器安全管理 責任者	医療機器安全管理 担当者
	



実施年月日 平成 29 年 12 月 29 日

区分	1	部署	画像診断部門	使用室名	CT2室		
保守点検実施状況	外部委託			外部委託の場合: 認定証の有無	有	無	
医療機器名	マルチスライスCTスキャナ Revolution CT						
製造販売業者	GE ヘスケア・ジャパン株式会社						
保守点検連絡先 及び担当者名	GE ヘスケア・ジャパン株式会社 担当者 土本 カスタマーコールセンター 0120-055-919						
型式・名称	機器一覧参照(別添)						
定格	機器一覧参照(別添)						
使用開始年月日	平成	27 年	12 月	日	設置後 経過年数	2 年	
直近の修理・ 点検状況	メーカー作成の報告書参照(コピー添付)						
保守点検実施 年月日	メーカー作成の報告書参照(コピー添付)						
保守点検 実施者名	メーカー作成の報告書参照(コピー添付) 立会: 藤岡					合計 4名	
保守点検結果 及び概要	メーカー作成の報告書参照(コピー添付)						
<p>外部委託により メーカー記入様式に沿って点検を実施した。 各部に問題のないことを確認した。</p>							
保守点検後の装置 動作確認等	各部の動作及び画質等問題なし。						
安全管理担当者	藤岡知加子			実施従事者	藤岡知加子		

★本装置使用中は本書類及び添付文書・取扱説明書等は何時でも閲覧できる場所に保管する。

保守点検実施記録書

広島大学病院診療支援部 放射線関連部門

医療機器安全管理 責任者	医療機器安全管理 担当者
	

実施年月日 平成 30年 3月 19日

区分	1	部署	画像診断部門	使用室名	CT2室		
保守点検実施状況	外部委託			外部委託の場合: 認定証の有無	<input checked="" type="radio"/>	有	無
医療機器名	マルチスライスCTスキャナ Revolution CT						
製造販売業者	GE ヘスケア・ジャパン株式会社						
保守点検連絡先 及び担当者名	GE ヘスケア・ジャパン株式会社 担当者 小川 カスタマーコールセンター 0120-055-919						
型式・名称	機器一覧参照(別添)						
定格	機器一覧参照(別添)						
使用開始年月日	平成	27年	12月	日	設置後 経過年数	2	年
直近の修理・ 点検状況	メーカー作成の報告書参照(コピー添付)						
保守点検実施 年月日	メーカー作成の報告書参照(コピー添付)						
保守点検 実施者名	メーカー作成の報告書参照(コピー添付) 立会: 藤岡					合計 3名	
保守点検結果 及び概要	メーカー作成の報告書参照(コピー添付)						
外部委託により、メーカー記入様式に沿って点検を実施した。 各部に問題のないことを確認した。							
保守点検後の装置 動作確認等	各部の動作及び画質等問題なし。						
安全管理担当者	藤岡知加子			実施従事者	藤岡知加子		

★本装置使用中は本書類及び添付文書・取扱説明書等は何時でも閲覧できる場所に保管する。