



参加証

広島大学病院

検査部 殿

貴施設は日本臨床衛生検査技師会
臨床検査精度管理調査（平成30年度）
に参加したことを証します。

平成30年8月24日

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会

代表理事会長 宮島

喜文





平成30年 8月

広島大学病院
検査部
施設長 殿

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会
代表理事 会長 宮島 喜文

平成30年度 日臨技臨床検査精度管理調査

施設総合評価報告書

本年度サーベイにおける貴施設の評価対象項目に対する結果は、
以下のとおりです。

分野	評 価 対象数	評価A+B		評価C		評価D	
		件数	(%)	件数	(%)	件数	(%)
臨床化学	60	60	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
免疫血清	26	26	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
微生物	10	10	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
血液	33	33	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
細胞	14	14	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
一般	17	17	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
生理	20	20	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
輸血	34	34	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
病理	15	15	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
遺伝子	7	7	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
計	236	236	(100.0)	0	(0.0)	0	(0.0)

評価A、もしくは評価Bとなることが望ましい。
なお、評価対象数には対象外となった項目は含みません。