

検査成績書

証明書番号：TES14EL-674



品名(コード) : 電子血圧計 (ES-H55P)
 シリアル番号 : 14-F04A0048
 検査結果 : 下記の通り(検査実施日：2014年7月31日)
 この器械が正常に作動することを証明します。

検査結果

No.	検査項目	検査基準	判定
1	パネルシート部検査	表示事項等の外観に異常無きこと	合格
2	本体表示検査	表示事項・基準適合証印・製造番号等の外観に異常無きこと	合格
3	本体外観検査	本体外観・部品取付・組立状態等の異常無きこと	合格
4	送気球外観検査	送気球外観・取付等に異常無きこと	合格
5	衝撃検査	部品の外れ・異音・ガタツキ等の無きこと	合格
6	始動・停止検査	表示及び動作に異常無きこと	合格
7	人腕測定検査	測定動作に異常無きこと	合格
8	測定時エラー検出機能検査	排気及びErr表示すること	合格
9	加圧不足警報検査	“0”表示及び“加圧不足”文字が点滅すること	合格
10	測定モード切替機能検査	各モードに切替わり動作に異常無きこと	合格
11	異常加圧警報検査	強制排気及び“過加圧”文字が点滅すること	合格
12	排気機能検査	強制排気されること	合格
13	腕帯外観検査	縫製のほすれ・印刷のかすれ等に異常無きこと	合格
14	付属品検査	付属品の欠品等の無きこと	合格
15	包装箱外観表示検査	表示事項、ロットNo等の外観に異常無きこと	合格
16	圧力精度確認	基準圧力計に対しての差異が ± 3 mmHg 以内であること。	合格
17	製品検査	製品検査機の表示値に対して、最高血圧/最低血圧：± 4 mmHg 以内、脈拍：± 2 回/分以内であること。	合格

2014年10月28日

テルモ株式会社MEセンター 信頼性保証室
 静岡県富士宮市舞々木町150

作成者	承認者
	

検査成績書

証明書番号：TES14EL-675

品名(コード) : 電子血圧計 (ES-H55P)
 シリアル番号 : 14-F04A0068
 検査結果 : 下記の通り(検査実施日：2014年7月31日)
 この器械が正常に作動することを証明します。

検査結果

No.	検査項目	検査基準	判定
1	パネルシート部検査	表示事項等の外観に異常無きこと	合格
2	本体表示検査	表示事項・基準適合証印・製造番号等の外観に異常無きこと	合格
3	本体外観検査	本体外観・部品取付・組立状態等の異常無きこと	合格
4	送気球外観検査	送気球外観・取付等に異常無きこと	合格
5	衝撃検査	部品の外れ・異音・ガタツキ等の無きこと	合格
6	始動・停止検査	表示及び動作に異常無きこと	合格
7	人腕測定検査	測定動作に異常無きこと	合格
8	測定時エラー検出機能検査	排気及びErr表示すること	合格
9	加圧不足警報検査	“0”表示及び“加圧不足”文字が点滅すること	合格
10	測定モード切替機能検査	各モードに切替わり動作に異常無きこと	合格
11	異常加圧警報検査	強制排気及び“過加圧”文字が点滅すること	合格
12	排気機能検査	強制排気されること	合格
13	腕帯外観検査	縫製のほすれ・印刷のかすれ等に異常無きこと	合格
14	付属品検査	付属品の欠品等の無きこと	合格
15	包装箱外観表示検査	表示事項、ロットNo等の外観に異常無きこと	合格
16	圧力精度確認	基準圧力計に対しての差異が ± 3 mmHg 以内であること。	合格
17	製品検査	製品検査機の表示値に対して、最高血圧/最低血圧：± 4 mmHg 以内、脈拍：± 2 回/分以内であること。	合格

2014年10月28日

テルモ株式会社MEセンター 信頼性保証室
 静岡県富士宮市舞々木町150

作成者	承認者
	